

ARKUSZ OCENY

Oferta nr _____

Instrukcja oceny zgodności

Każda pozycja będzie testowana przez dwóch pracowników SPZZLO

Każda z osób oceniających produkt otrzyma po 20 par w jednym rozmiarze rękawic tego samego rodzaju z poszczególnych ofert, aby mogła dokonać oceny porównawczej wszystkich ofert.

Rękawice będą oceniane w zakresie wytrzymałości i elastyczności oraz łatwości nakładania.

W sytuacji, gdy którakolwiek z ocen będzie negatywna Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagań i zostanie odrzucona

Rozmiar rękawic do testowania zostanie określony w wezwaniu do złożenia próbek.

Pkt	Parametr	Skala ocen	Ocena	Uwagi
Pakiet nr 1 Rękawiczki medyczne diagnostyczne z nitrylu bezpudrowe				
1	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	na 20 par testowanych rękawic dwie uległy rozerwaniu, w sytuacji gdy, więcej niż 2 pary testowanych rękawic ulegnie rozerwaniu, Zamawiający uzna ,że oferta nie spełnia wymagań określonych w formularzu i tym samym podlega odrzuceniu	Rękawice Zgodne – TAK/NIE	<i>Liczba rękawic, które uległy rozerwaniu - _____</i>
2	Swoboda nakładania	rękawiczki swobodnie (łatwo) nakładają się. W sytuacji gdy wystąpią duże trudności przy nakładaniu rękawiczek, Zamawiający uzna ,że oferta nie spełnia wymagań określonych w formularzu i tym samym podlega odrzuceniu	Rękawice Zgodne – TAK/NIE	
Pakiet nr 2 - Rękawiczki medyczne diagnostyczne lateksowe pudrowane				
	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania i wykonywania czynności)	na 20 par testowanych rękawic dwie uległy rozerwaniu, w sytuacji gdy, więcej niż 2 pary testowanych rękawic ulegnie rozerwaniu, Zamawiający uzna ,że oferta nie spełnia wymagań określonych w formularzu i tym samym podlega odrzuceniu	Rękawice Zgodne – TAK/NIE	<i>Liczba rękawic, które uległy rozerwaniu - _____</i>
	Swoboda nakładania	rękawiczki swobodnie (łatwo) nakładają się. W sytuacji gdy wystąpią duże trudności przy nakładaniu rękawiczek, Zamawiający uzna ,że oferta nie spełnia wymagań określonych w for-	Rękawice Zgodne – TAK/NIE	

		mularzu i tym samym podlega odrzuceniu		
Pakiet nr 3 - Rękawiczki medyczne diagnostyczne lateksowe bezpudrowe				
	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania i wykonywania czynności)	na 20 par testowanych rękawic dwie uległy rozerwaniu, w sytuacji gdy, więcej niż 2 pary testowanych rękawic ulegnie rozerwaniu, Zamawiający uzna ,że oferta nie spełnia wymagań określonych w formularzu i tym samym podlega odrzuceniu	Rękawice Zgodne – TAK/NIE	<i>Liczba rękawic, które uległy rozerwaniu -</i> _____
	Swoboda nakładania	rękawiczki swobodnie (łatwo) nakładają się. W sytuacji gdy wystąpią duże trudności przy nakładaniu rękawiczek, Zamawiający uzna ,że oferta nie spełnia wymagań określonych w formularzu i tym samym podlega odrzuceniu	Rękawice Zgodne – TAK/NIE	

Oceny dokonał/a: _____
imię i nazwisko, data, podpis